

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440101-2025-03880**

采购项目编号：**3587-2512GZG10303**

项目名称：广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目

采购人：广州医科大学附属第三医院

采购代理机构：广东信诚招标代理咨询有限公司

第一章 投标邀请

广东信诚招标代理有限公司受广州医科大学附属第三医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目。欢迎符合条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目  
采购计划编号：440101-2025-03880  
采购项目编号：3587-2512GZG10303  
采购方式：公开招标  
预算金额：1,450,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(消毒供应室污区附件及设备一批):  
采购包预算金额：876,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	消毒灭菌设备及器具	消毒供应室污区附件及设备一批	1(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标  
合同分包：不允许合同分包  
合同履行期限：合同签订后2个月内交货。  
采购包2(新生儿保暖设备一批):  
采购包预算金额：574,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	病房护理及医院设备	新生儿保暖设备一批	1(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标  
合同分包：不允许合同分包  
合同履行期限：合同签订后1个月内交货。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标函》
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标函》

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标函》

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）6) 法律、行政法规规定的其他条件：须提供书面声明，格式自定。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（消毒供应室污区附件及设备一批）： 无。本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包2（新生儿保暖设备一批）： 无。本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

## 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（消毒供应室污区附件及设备一批）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包 投标（响应）。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标（响应）。提供《投标函》。

3) 投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4) 本采购包不接受联合体投标。

采购包2（新生儿保暖设备一批）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包 投标（响应）。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标（响应）。提供《投标函》。

3) 投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4) 本采购包不接受联合体投标。

## 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未

按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

#### **四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于**20**日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

#### **五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于**5**个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)。

#### **六.本项目联系方式：**

##### **1.采购人信息**

名称：广州医科大学附属第三医院

地址：广州市多宝路63号

联系方式： 020-81292320

##### **2.采购代理机构信息**

名称：广东信诚招标代理咨询有限公司

地址：广州市越秀区德政北路538号达信大厦17楼1708

联系方式： 020-83224833

##### **3.项目联系方式**

项目联系人： 何工

电话： 020-83224833

##### **4.技术支持联系方式**

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构：广东信诚招标代理咨询有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致投标无效。

2.投标人必须对包内所有内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

3.投标人所投货物应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

4.在本项目采购需求基础上，投标人应在完全满足各产品功能要求的基础上提供更为详细的货物清单。

5.投标人需对提交的资料真实性负责，如提供的产品规格、技术条款、检测报告（如有）、相关认证证书（如有）等方面的材料不真实，将认定为提供虚假材料谋取中标，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。

6.本项目不专门面向中小企业采购的原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

8.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）等。

9.项目属性：货物类

采购包1（消毒供应室污区附件及设备一批）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后2个月内交货。
标的提供的地点	运输及卸车至广州医科大学附属第三医院或指定地点
付款方式	第1期为(全款)：支付比例100%，1.中标人将合同设备全部运送到指定地点交付并完成安装及验收后，凭：（1）中标人开具的正式发票；（2）进关审批单、商检证明复印件(按国家相关规定提供)；（3）安装验收报告；（4）操作规程（使用科室、医疗设备科各存一份）；（5）维护保养细则（使用科室、医疗设备科各存一份）；（6）提供有效期内的由计量部门出具的检定（校准）报告（计量设备要求提供）；2.由采购人在六个月内将合同全额货款付给中标人。。
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	

验收要求	<p><b>1期：1、</b>所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，数量、质量及性能均要与中标人投标响应文件的一致。<b>2、</b>合同设备到货后安装完成且根据科室需要开展使用前培训并正常使用后<b>7</b>个工作日内验收，验收应在采购人、中标人双方共同参加下进行。<b>3、</b>验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。<b>4、</b>如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。<b>5、</b>中标人保证合同项下提供的设备以及设备所使用的所有软件等不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。<b>6、</b>对大型医疗专业设备，根据国家相关法律法规要求，禁止中标人或厂家私自上传除设备运维数据以外的所有数据，厂家仅能通过设备运维数据实现设备使用情况的监测，不可获取患者相关医疗数据。否则，中标人承担所有的法律责任并承担因此而发生的所有费用。</p>
履约保证金	不收取
	<p>其他商务要求，一、其他说明<b>1、</b>以医疗设备技术要求序号最细的（如<b>1.1</b>与<b>1.1.1</b>之间，<b>1.1.1</b>为最细序号）作为一项参数，以计算技术参数响应数量。<b>2、</b>投标人必须对所投医疗设备是否需要专用一次性耗材以及耗材的参数、报价作出声明及承诺。格式详见公告。<b>3、</b>若招标文件中产品名称与投标人实际所能提供的厂家产品名称存在差异，投标人在投标时需标注出两个产品名称，例如<b>A</b>为招标文件产品名称，<b>B</b>为实际厂家产品名称，则投标时产品名称为“<b>A(B)</b>”。二、其他商务要求：（一）设备的包装 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。（二）设备的安装<b>1.</b>中标人负责设备的安装，一切费用由中标人负责。<b>2.</b>中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。（三）质量保证及售后服务<b>1.</b>中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、完善使用说明书、合格证、操作手册等。<b>★2.</b>合同设备质保保用期为本项目采购人验收合格签字之日起，质保期全保<b>≥3</b>年，质保期内中标人应提供一切维修服务和更换零配件，设备原产配件<b>≥10</b>年供货期，开机率<b>≥95%</b>。质保保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，按照三包原则，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后按采购人要求派员到现场维修。接受<b>7×24</b>小时电话咨询和在线指导维护维修服务，接到故障通知后，响应时间<b>≤2</b>小时，到场维修时间<b>≤24</b>小时。（售后服务由中标人及厂家负责）<b>3.</b>因设备的质量问题而发生争议，由采购人与中标人进行协商，选择广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，双方协商不一致的，优先选择广东省质检部门进行鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。<b>4.</b>培训</p>

其他	<p>要求：1) 设备到货后根据科室需要开展使用前培训，在接到使用科室开展培训工作的通知后，≤4小时回复，≤10天完成一次培训。培训人员为厂家专业工程师，培训次数根据使用科室需要开展≥1次；设备操作涉及资质要求的，中标人须协助完成相关资质培训和申请；培训内容至少包括使用操作、故障预防、清洁保养、日常维护维修、紧急情况处理、理论和安全等内容。2) 接受培训人员包括科室使用人员、医疗设备维修工程师等，接受培训人数≥3人。培训标准以科室相关人员掌握设备性能及熟练安全操作为准。3) 设备涉及手术使用的，公司工程师提供手术跟台，现场指导设备操作、灭菌、维护。跟台指导次数根据术科要求开展≥1次。4) 质保期内，根据科室需求开展专项培训次数≥3次，包括≥1次线下培训、每年应培训≥1次或按采购人要求。5) 上述培训服务所产生费用均包含在本次报价中。5. 中标人须成立专业售后服务团队，团队成员包含负责人、咨询、维修工程师等人员，团队成员人数不少于3人，质保期内每年≥4次对设备进行维护、保养、功能检测，保证运行状态稳定。6. 提供≥5年的技术咨询及所有软件升级。7. 质保期内上述售后服务及配件所产生费用均包含在本次报价中。（四）技术服务 1. 中标人应派员到采购人指定地点配合工作。2. 中标人按采购人提供的合同执行进度计划，再配合采购人及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。（五）报价要求 1. 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及分项报价表进行明细报价。2. 投标总价是设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训及验收合格之前及质保用期间包括备品备件发生的所有含税费用等一切费用。合同执行期间合同总金额不变。★三、若采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1. 《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>；2. 根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日）。</p>
----	--

**2.技术标准与要求**

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		消毒灭菌设备及器具	消毒供应室污区附件及设备一批	批	1.00	876,000.00	876,000.00	工业	详见附表一

附表一：消毒供应室污区附件及设备一批

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		★一、所投产品（脚控升降双频超声波清洗机、高频超声波清洗机）具有有效的医疗器械注册证明（适用于二类或三类医疗器械）/备案证明（适用于一类医疗器械）

★二、如投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，投标时具有监督管理部门签发的医疗器械经营备案凭证复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的医疗器械经营备案凭证复印件。提供备案凭证复印件或承诺函并加盖投标人公章，不提供视为不响应。

三、本次招标部分产品为定制产品，中标人需在中标公告公示结束后7个工作日内，主动与采购人取得联系，安排专业技术人员前往采购人指定现场进行尺寸测量等相关工作。测量工作应严格按照国家及行业现行的测量规范和标准执行，确保数据准确无误，因测量误差导致的产品质量问题及相关损失由中标人承担。

#### 四、技术参数

（一）污区小型必备设备及附件（1套，限价34.8万元）

##### 1.强力除锈机1台

▲1.1控制系统：要求采用微动集成式控制，真彩型液晶触摸控制屏，触摸式控制；

1.2控制方式：要求触摸式控制；

1.3要求采用或优于优质304不锈钢精制而成，坚固耐用，细菌附着率低；

1.4要求采用加热和超声波双重除锈效果；

1.5产品配备可360度旋转可上下调节的304不锈钢进水水龙头，不需另外安装；

▲1.6加热器要求达到或优于PTC陶瓷加热器；

1.7要求配备网状专用篮；

1.8内槽容积：≥25L；

1.9内槽尺寸（mm）：≥450×280×200mm；

1.10额定电压：220V，加热功率：≥2500W；

1.11温控范围：常温-80℃可调；

1.12时间要求1-120分钟可调；

##### 2.脚控升降双频超声波清洗机1台，具有医疗器械注册证/备案证明

2.1要求具备数显控制面板，操作简单，可监视和控制温度。

2.2要求具自动设计具有自动进水/排水/加热，自动恒温功能。

2.3要求采用工作窗自动升降式设计，工作过程中人手免接触液体，更好的保护好医护人员。

2.4采用脚踏控制或手动控制全自动升降工作窗，还具备清洗完成时工作窗自动升起功能。

▲2.5要求具至少三个脚踏控制开关，分别控制上升、下降及启动键等，启动键具备超声及下降启动功能，要求提供实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。

▲2.6工作窗前面部份具防夹手功能，要求工作窗降下后可中途开盖添加器械及观察器械的清洗情况。要求提供实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。

2.7具有一键式上升保护的紧急开关按钮，有紧急上升键，在下降过程中遇到突发事件时，按下紧急键，工作窗立即上升，保护安全性更高。

2.8采用或优于优质SUS304不锈钢精制而成，坚固耐用，细菌附着率低。

2.9整机尺寸要求≤1010×700×890mm

2.10内槽尺寸要求≥760×380×380mm，工作窗尺寸要求≥730×350×320mm。

2.11容积要求≥110L。

2.12加热功率≥2500W。

2.13超声功率≥2200W。

2.14工作电压220V。



- 2.15温度常温-70度可调。
- 2.16时间1-99分钟可调。
- 2.17进水和排水方式电动且能自停。
- 2.18具备初次进水自动排气功能。
- ▲2.19频率要求至少双频40KHz或80KHz，可调可选。
- ▲2.20要求具40KHz、 80KHz、40KHz/ 80KHz等至少三种快捷清洗模式可选择，要求提供技术说明书并加盖投标人公章。
- 2.21要求配备防漏升降网框。
- 2.22要求具有电动加酶，并可跟据多酶比例而调整数量。
- ▲2.23要求配备气溶胶回收系统，提供第三方技术文件资料及实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。
- 2.24气溶胶回收系统整机要求采用或优于SUS304不锈钢和高透明亚克力组成。
- 2.25气溶胶回收系统外罩尺寸要求 $\leq 870\text{mm} \times 700\text{mm} \times 630\text{mm}$ 。
- 2.26气溶胶回收系统采要求变频设计，能有效对应工作窗上升和关闭状态。
- ▲2.27气溶胶回收系统要求采用联机通信设计：要求能自动采集超声波清洗机和煮沸消毒器的清洗和消毒情况而有效的变频工作。
- 2.28气溶胶回收系统过滤网采用材料，外框采用成型铝材，能有效将水气过滤并转换为水份。
- 2.29气溶胶回收系统回收口设计方式：采用激光开孔，条形并排式排列。
- 2.30气溶胶回收系统回收口位置数量要求至少采用二面对流回收，二个回收口，位置安排在后面和上面最先可到的位置。
- 2.31气溶胶回收系统气流量要求 $\geq 1900\text{-}2700\text{M}^3/\text{H}$ 。
- 2.32气溶胶回收系统风机功率要求 $\geq 0.75\text{KW}$ 。
- 3.脚控升降煮沸消毒器1台**
- 3.1具备数显控制面板，操作简单，可监视和控制温度。
- 3.2具自动设计具有自动进水/排水/加热，自动恒温功能。
- 3.3采用工作窗自动升降式设计，工作过程中人手免接触液体，更好的保护好医护人员。
- 3.4采用脚踏控制或手动控制全自动升降工作窗，还具备清洗完成时工作窗自动升起功能。
- ▲3.5要求具三个脚踏控制开关，分别控制上升、下降及启动键，启动键具备超声及下降启动功能，要求提供实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。
- ▲3.6工作窗前面部份具防夹手功能，要求工作窗降下后可中途开盖添加器械及观察器械的清洗情况。要求提供实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。
- 3.7具有一键式上升保护的紧急开关按钮，有紧急上升键，在下降过程中遇到突发事件时，按下紧急键，工作窗立即上升，保护安全性更高。
- 3.8采用或优于优质SUS304不锈钢精制而成，坚固耐用，细菌附着率低。
- 3.9整机尺寸要求 $\leq 1010 \times 700 \times 890\text{mm}$
- 3.10内槽尺寸要求 $\geq 760 \times 380 \times 380\text{mm}$ ，工作窗尺寸要求 $\geq 730 \times 350 \times 320\text{mm}$ 。
- 3.11容积要求 $\geq 110\text{L}$ 。
- 3.12加热功率要求 $\leq 7500\text{W}$ 。
- 3.13工作电压380V。
- 3.14温度要求常温-99度可调。
- 3.15时间要求1-99分钟可调。

- ▲3.16要求配备气溶胶回收系统提供第三方技术文件资料及实物图片作为佐证资料并加盖投标人公章。
- 3.17气溶胶回收系统整机要求采用或优于SUS304不锈钢和高透明亚克力组成。
- 3.18气溶胶回收系统外罩尺寸要求 $\leq 870\text{mm} \times 700\text{mm} \times 630\text{mm}$ 。
- 3.19气溶胶回收系统要求变频设计，能有效对应工作窗上升和关闭状态。
- ▲3.20气溶胶回收系统要求采用联机通信设计：要求能自动采集煮沸消毒器及超声波清洗机的清洗和消毒情况而有效的变频工作。
- 3.21气溶胶回收系统过滤网采用材料，外框采用成型铝材，能有效将水气过滤并转换为水份。
- 3.22气溶胶回收系统回收口设计方式：采用激光开孔，条形并排式排列。
- 3.23气溶胶回收系统回收口位置数量要求采用二面对流回收，二个回收口，位置安排在后面和上面最先可到的位置。
- 3.24气溶胶回收系统气流量要求 $\geq 1900\text{--}2700\text{M}^3/\text{H}$ 。
- 3.25气溶胶回收系统风机功率要求 $\geq 0.75\text{KW}$ 。
- 4.高频超声波清洗机1台，具有医疗器械注册证/备案证明**
- 4.1可清洗口腔、眼科及精密器械，可清洗各内窥镜使用科室的各种型号内窥镜。
- 4.2整机要求采用或优于优质304不锈钢，耐腐蚀性高，外观简洁，美观而坚固；
- 4.3具有电动进水，电动排水，电动加热功能；
- ▲4.4具自动排气功能；
- 4.5具缺水保护功能；
- 4.6容量要求： $\geq 21\text{L}$
- 4.7整机尺寸要求： $\leq 460 \times 410 \times 540 + 100\text{MM}$ ；
- 4.8超声功率： $\geq 600\text{W}$ ；
- 4.9加热功率： $\geq 600\text{W}$
- 4.10超声温度：要求常温-70℃可调
- 4.11超声时间：要求0-99min可调
- ▲4.12超声频率要求： $\geq 80\text{KHZ}$ ；
- 4.13要求配备超声专用篮框一个；
- 5.煮沸上油器1台**
- 5.1数显控制面板，操作简单，可监视和控制箱内温度。
- 5.2消毒完成后要求具备声音提示功能。
- 5.3要求采用或优于优质304不锈钢精制而成，耐腐蚀性高。
- 5.4整机尺寸（L×W×H）要求： $\geq 460 \times 440 \times 310 + 90\text{mm}$
- 5.5内槽尺寸（L×W×H）要求： $\geq 360 \times 270 \times 100\text{mm}$
- 5.6额定电压：220V
- 5.7加热功率： $\geq 1500\text{W}$
- 5.8进水、排水：手动或优于
- 5.9温控范围要求：常温—99℃可调
- ▲5.10要求具防干烧功能
- 5.11配篮框一个
- 6.密闭式回收箱100个**

6.1要求密封式；

6.2具双侧带提手，卡扣；

6.3要求可选颜色；

6.4加厚PP食品级塑料材质；

6.5能耐 $\geq 90$ 度高温。

#### **7.各式规格清洁打包篮筐150个**

7.1要求采用不锈钢304材质精制而成；

7.2要求:450\*340\*70mm、340\*250\*70mm、480\*250\*50mm、210\*150\*40mm等各规格篮框可选；

7.3要求可选精密网、疏网、新精密网及超细密网等

7.4要求可选配活动提手或固定提手；

7.5要求部份精密网篮可选耐高温垫，也可选带盖；

7.6盖可选盖体分体或一体式。

#### **8.储物架6个**

8.1要求采用或优于不锈钢304材质精制而成；

8.2要求可根据用户需求订制尺寸，总长 $\geq 1500$ mm；

8.3要求五层设计，可选平板或疏列式；

8.4每层间距可根据用户需求订制；

8.5要求可选配轮子。

#### **9.密闭式污物回收车4辆**

9.1主要用于无菌物品的封闭下送，可有效避免物品在下送过程中被污染。

9.2尺寸要求可根据用户需求订制尺寸；

9.3总长高 $\geq 1200$ mm.

9.4要求整体材质： $\geq 1.5$ mm,304不锈钢；

9.5要求采用 $\geq 5$ 寸静音轮，推拉省力、平稳，带刹车；

9.6要求采用双开门设计，内置隔板；

#### **（二）污物一体化器械槽组及小设备（1套，限价37万元）**

**1.高温蒸汽清洗槽组1套。**包括：初洗槽、高温蒸汽机、电动升降防护罩、气流回收系统、高压水枪、功能背板、LED顶部工作灯

##### **1.1初洗槽1个**

1.1.1整体尺寸可根据用户实际场地要求订制；

1.1.2台面功能结构要求：一个内槽、一个沥水台。

1.1.3内槽尺寸要求：内槽尺寸 $\geq 600*450*300$ mm。

▲1.1.4内槽材质要求：达到或优于316不锈钢和白色高分子材料可选，提供实物图片并加盖投标人公章；

1.1.5整体材质要求：达到或优于304不锈钢。

1.1.6台面不锈钢厚度、表面处理方式要求：厚度要求 $\geq 1.5$ MM，要求表面拉丝处理。

1.1.7柜门要求：达到或优于304不锈钢，表面无指纹处理，压纹为珠光纹理，双层结合，里面发泡胶处理，结实耐用。

1.1.8拉手要求：不锈钢材质、和柜门一次冲压陷入式拉手。

1.1.9顶部工作灯要求：顶部嵌入式圆形LED暖光不伤眼灯。

## **1.2高温蒸汽机1台**

1.2.1蒸汽机功率要求：≥3000W。

1.2.2蒸汽温度要求：≥160摄氏度。

1.2.3蒸汽压力设置要求：压力调节5-8bar，每1bar可调。

1.2.4控制系统要求：接触性触摸式调节，可显示设定压力和实际压力。

1.2.5压力可调要求：5至8bar可调。

1.2.6压力可视要求：可显示设定压力和实际压力。

1.2.7控制方式要求：微电脑控制。

1.2.8过温保护要求：温度超高自动断开加热。

1.2.9过压保护要求：压力超过保护值时自动放气，并自动回复。

1.2.10加水要求：开机自动识别水位并能自动进水，使用后少水自动补水。

1.2.11压力安全阀要求：高质量压力安全阀。

## **1.3气流回收系统1套**

1.3.1整机尺寸要求：≥420\*270\*320mm。

1.3.2材质要求：达到或优于304不锈钢。

1.3.3风机类型要求：要求离心耐高温轴流风机。

1.3.4风机流量要求：流量大于或等于20立方每小时。

1.3.5过滤器要求：尼龙材质过滤器。

1.3.6功率要求：大于或等于350W。

1.3.7排水要求：设有自动排水口。

1.3.8通道要求：≥4通道风道。

## **1.4电动升降防护罩1套**

1.4.1升降要求：采用电动升降。

1.4.2防护罩材质要求：高透明亚克力，厚度≥8mm。

1.4.3前挡板要求：前挡板可自由翻起。

1.4.4控制方式要求：至少两种控制方式，包含脚控和手控。

1.4.5脚踏要求：采用塑料外壳轻触式脚踏。

## **1.5伸缩水龙头1套**

1.5.1材质要求：达到或优于304不锈钢材质。

1.5.2水源要求：达到或优于双路双温。

1.5.3旋转要求：≥180度可旋转。

1.5.4伸缩要求：拉伸使用。

## **1.6高压水枪1套**

1.6.1枪嘴要求：大于或等于8个可换枪嘴。

1.6.2枪体要求：高质量稳定枪体。

1.6.3枪体材质要求：ABS塑料材质。

1.6.4水管要求：管径大于或等于8mm，可伸缩式弹磺型。

## **2.普通手术器械清洗工作中心1套**

2.1要求配两位清洗工作台（2组），要求配除锈机嵌入平台（1个），要求配高压水枪气枪（各1套），整体尺寸可根据用户实际场地要求订制。

2.1.1台面要求:SUS优质304不锈钢板，厚度≥1.5mm;

2.1.2柜门：采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合铰、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，柜门双层，做无指纹处理，一次冲压陷入式拉手；

2.1.3侧板、层板、背板：SUS304不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；

2.1.4管架要求：SUS304不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；

2.1.5离地要求： $\geq 150\text{mm}$ 。

2.2清洗槽尺寸要求： $\geq 600*450*250\text{mm}$ ；

▲2.2.1主体材质要求：采用达到或优于316不锈钢材质和白色高分子材料可选，提供实物图片并加盖投标人公章，带激光雕刻容量刻度，整体高度符合人体骨骼工程学；

2.3要求配高压水枪和高压气枪：

2.3.1枪体轻巧耐用，高压水枪配备 $\geq 8$ 个喷头，高压气枪配 $\geq 1$ 个喷头；

▲2.3.2枪体材质：采用品牌枪体，采用ABS塑料材质轻便不易生锈；

2.4要求配小物品装载挂篮 $\geq 1$ 个

2.4.1达到或优于不锈钢304材质；

2.4.2精密防漏沥水网材质；

2.5主体柜、功能背板要求采用达到或优于不锈钢SUS304材质，功能背板长度与柜体同宽，高度约为600mm（可根据科室人员身体高度科学而定），一体化带LED灯高背板设计，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养和功能升级之用。

2.6柜体底板要求采用达到或优于可移动方式不锈钢304不锈钢板，既耐磨耐腐蚀又不发霉生锈，易于清理。

2.7槽体要求标注醒目标示牌。

### 3.重感染器械清洗工作中心1套

3.1要求配三位清洗工作台（1组），要求两位清洗工作台（1组），高压水枪气枪（各1套），整体尺寸可根据用户实际场地要求订制。

3.1.1台面要求：达到或优于SUS优质304不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；

3.1.2柜门：采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合铰、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，柜门双层，做无指纹处理，一次冲压陷入式拉手；

3.1.3侧板、层板、背板：达到或优于SUS304不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；

3.1.4管架：达到或优于SUS304不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；

3.1.5离地： $\geq 150\text{mm}$ 。

3.2清洗槽尺寸要求： $\geq 600*450*250\text{mm}$ ；

▲3.2.1主体材质：采用达到或优于316不锈钢材质和白色高分子材质可选，提供实物图片并加盖投标人公章，带激光雕刻容量刻度，整体高度符合人体骨骼工程学；

3.3要求配高压水枪和高压气枪：

3.3.1枪体轻巧耐用，高压水枪配备 $\geq 8$ 个喷头，高压气枪配 $\geq 1$ 个喷头；

▲3.3.2枪体材质：采用品牌枪体，采用ABS塑料材质轻便不易生锈；

3.4小物品装载挂篮 $\geq 1$ 个

3.4.1达到或优于不锈钢304材质；

3.4.2精密防漏沥水网材质；

3.5主体柜、功能背板采用达到或优于不锈钢SUS304材质，，功能背板长度与柜体同宽，高度约为600mm（根据科室人员身体高度科学而定），一体化带LED灯高背板设计，整体造型结构可按

	<p>功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养和功能升级之用。</p> <p><b>3.6</b>柜体底板采用达到或优于可移动方式不锈钢<b>304</b>不锈钢板，既耐磨耐腐蚀，又不发霉生锈，易于清理。</p> <p><b>3.7</b>槽体要求标注醒目标识牌。</p> <p><b>4.五官科及精密器械清洗工作中心1套</b></p> <p><b>4.1</b>要求配两位清洗工作台（2组），超声酶洗嵌入平台（1个），煮沸上油器嵌入平台（1个），高压水枪气枪（各1套），干燥平台（1个），整体尺寸可根据用户实际场地要求订制。</p> <p><b>4.1.1</b>台面要求:达到或优于SUS优质<b>304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.5mm</b>；</p> <p><b>4.1.2</b>柜门：采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合铰、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，柜门双层，做无指纹处理，一次冲压陷入式拉手；</p> <p><b>4.1.3</b>侧板、层板、背板：达到或优于<b>SUS304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.2mm</b>；</p> <p><b>4.1.4</b>管架：达到或优于<b>SUS304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.2mm</b>；</p> <p><b>4.1.5</b>离地：<b>≥150mm</b>。</p> <p><b>4.2</b>清洗槽尺寸要求：<b>≥600*450*250mm</b>；</p> <p><b>▲4.2.1</b>主体材质：采用达到或优于<b>316</b>不锈钢材质和白色高分子材质可选，提供实物图片并加盖投标人公章，带激光雕刻容量刻度，整体高度符合人体骨骼工程学；</p> <p><b>4.3</b>要求配 高压水枪和高压气枪：</p> <p><b>4.3.1</b>枪体轻巧耐用，高压水枪配备<b>≥8</b>个喷头，高压气枪配<b>≥1</b>个喷头；</p> <p><b>▲4.3.2</b>枪体材质：采用品牌枪体，采用<b>ABS</b>塑料材质轻便不易生锈；</p> <p><b>4.4</b>小物品装载挂篮<b>≥1</b>个</p> <p><b>4.4.1</b>达到或优于不锈钢<b>304</b>材质；</p> <p><b>4.4.2</b>精密防漏沥水网材质；</p> <p><b>4.5</b>主体柜、功能背板采用达到或优于不锈钢<b>SUS304</b>材质，功能背板长度与柜体同宽，高度约为<b>600mm</b>（根据科室人员身体高度科学而定），一体化带<b>LED</b>灯高背板设计，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养和功能升级之用。</p> <p><b>4.6</b> 柜体底板采用达到或优于可移动方式不锈钢<b>304</b>不锈钢板，既耐磨耐腐蚀，又不发霉生锈，易于清理。</p> <p><b>4.7</b>槽体要求标注醒目标识牌。</p> <p><b>5.打包清洗篮及消毒盒清洗工作中心1套</b></p> <p><b>5.1</b>要求配两位清洗工作台（2组），配高压水枪气枪（各1套），整体尺寸可根据用户实际场地要求订制。</p> <p><b>5.1.1</b>台面要求:达到或优于SUS优质<b>304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.5mm</b>；</p> <p><b>5.1.2</b>柜门：采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合铰、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，柜门双层，做无指纹处理，一次冲压陷入式拉手；</p> <p><b>5.1.3</b>侧板、层板、背板：达到或优于<b>SUS304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.2mm</b>；</p> <p><b>5.1.4</b>管架：达到或优于<b>SUS304</b>不锈钢板，厚度<b>≥1.2mm</b>；</p> <p><b>5.1.5</b>离地：<b>≥150mm</b>。</p> <p><b>5.2</b>清洗槽尺寸要求：<b>≥600*450*250mm</b>；</p> <p><b>▲5.2.1</b>主体材质：采用达到或优于<b>316</b>不锈钢材质和白色高分子材质可选，提供实物图片并加盖投标人公章，带激光雕刻容量刻度，整体高度符合人体骨骼工程学；</p> <p><b>5.3</b>要求配高压水枪和高压气枪：</p>
--	---

5.3.1枪体轻巧耐用，高压水枪配备≥8个喷头，高压气枪配≥1个喷头；

▲5.3.2枪体材质：采用品牌枪体，采用ABS塑料材质轻便不易生锈；

5.4小物品装载挂篮≥1个；

5.4.1达到或优于不锈钢304材质；

5.4.2精密防漏沥水网材质；

5.5主体柜、功能背板采用达到或优于不锈钢SUS304材质，，功能背板长度与柜体同宽，高度约为600mm（根据科室人员身体高度科学而定），一体化带LED灯高背板设计，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养和功能升级之用。

5.6柜体底板采用达到或优于可移动方式不锈钢304不锈钢板，既耐磨耐腐蚀，又不发霉生锈，易于清理。

5.7槽体要求标注醒目标识牌。

**6.中度（管道）危险物品清洗工作中心1套**

6.1要求配两位清洗工作台（2组），要求配高压水枪气枪（各1套），整体尺寸可根据用户实际场地要求订制。

6.1.1台面要求:达到或优于SUS优质304不锈钢板，厚度≥1.5mm；

6.1.2柜门：采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合铰、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，柜门双层，做无指纹处理，一次冲压陷入式拉手；

6.1.3侧板、层板、背板：达到或优于SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm；

6.1.4管架：SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm；

6.1.5离地：≥150mm。

6.2清洗槽尺寸要求：≥600\*450\*250mm；

▲主体材质：采用达到或优于316不锈钢材质和白色高分子材质可选，提供实物图片并加盖投标人公章，带激光雕刻容量刻度，整体高度符合人体骨骼工程学；

6.3要求配高压水枪和高压气枪：

6.3.1枪体轻巧耐用，高压水枪配备≥8个喷头，高压气枪配≥1个喷头；

▲6.3.2枪体材质：采用品牌枪体，采用ABS塑料材质轻便不易生锈；

6.4小物品装载挂篮≥1个

6.4.1达到或优于不锈钢304材质；

6.4.2精密防漏沥水网材质；

6.5主体柜、功能背板采用达到或优于不锈钢SUS304材质，，功能背板长度与柜体同宽，高度约为600mm（根据科室人员身体高度科学而定），一体化带LED灯高背板设计，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养和功能升级之用。

6.6柜体底板采用达到或优于可移动方式不锈钢304不锈钢板，既耐磨耐腐蚀，又不发霉生锈，易于清理。

6.7槽体要求标注醒目标识牌。

**7.热风吹干系统1台**

7.1要求挂墙式

7.2要求整机采用达到或优于不锈钢304材质精制而成提供实物图片并加盖投标人公章。

7.3要求能吹出≥80℃的高温气体和经过过滤的干燥气体，能迅速吹干内窥镜表面，特别是腔镜内的管道器械更是普通气枪所不能干燥的地方，热风吹干系统能对管道内部进行彻底的干燥。

▲7.4外形尺寸要求：≥200\*240\*50mm提供实物测量图片。

▲7.5要求具低压防干烧功能。

7.6气压要求：不低于3KG。

7.7显示屏要求可显示实时温度，和温度随时可调节要求提供实物图片并加盖投标人公章；

7.8风量压力可根据用户需要调节。

7.9要求具有自动恒温，能吹出常温—80℃可调热风。

**8.洗眼器1个（立式或挂式可选）**

8.1用于对双眼及脸部进行冲洗的喷水口，出水量≥12L/min.

8.2进水口要求采用G1/2球阀控制，操作方便，启闭快速，密封可靠。

8.3洗眼喷头要求：采用不锈钢材质模铸一体成型制作及塑料材质可选，提供实物图片并加盖投标人公章，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

**9.小车清洗机2台**

9.1电压：220V

9.2要求具自动开关机

9.3电机类型：串激电机

9.4水管长度：6m(含)-10m(含)

9.5接水源类型：其他 水龙头 自吸

9.6额定压力范围：≥2.5MPa且≤25MPa

9.7电机冷却方式：风冷

9.8电机静音指标：60DB(含)-90DB(含)

9.9具漏电保护器：

9.10要求可移动或手提式可选；

9.11要求具高温高压蒸汽冲洗功能；

**10.污物接收台2个**

10.1要求采用达到或优于不锈钢304材质精制而成，用于污物物品回收，存放

10.2要求至少双层，带漏水及流动水冲洗功能

10.3可根据用户实际需求订制尺寸。

10.4总长≥2000mm

10.5层板厚度≥1.5mm

10.6侧板厚度≥1.0mm

10.7脚通要求≥30\*30\*1.2mm,防滑可调

**11.污物分类台2个**

11.1要求采用达到或优于不锈钢304材质精制而成，用于污物物品回收，存放

11.2要求至少带层板双层（可选带轮）

11.3可根据用户实际需求订制尺寸。

11.4总长≥1800mm

11.5层板厚度≥1.5mm

11.6侧板厚度≥1.0mm

11.7脚通30\*30\*1.2mm,防滑可调

**12.手机清洗消毒注油机2台**

12.1整机外尺寸：≤ 480\*340\*355（长\*宽\*高mm）。



12.2要求符合新口腔消毒技术规范，可为大型牙科手机清洗机注油，可用于各种牙科手机，可实现全自动预干 注油、养护、干燥等一体化。

12.3电源要求： AC220V±10% 50Hz；

12.4额定功率： ≥ 350W；

12.5油罐容量： ≥ 1L；

12.6空气压力： 0.4-0.6MPa；

▲12.7干燥方式： 具有风机干燥；

12.8整机净重： ≤ 9kg；

12.9工作噪音： ≤ 50dB（A）；

▲12.10要求可由微电脑图文工作站控制，触摸屏显示，可智能化的对各种牙科手机进行预干，注油、养护，干燥等操作，具备四步程序并可分别设置养护程序深化油脂浸润；

▲12.11具备排油程序，可进行六次以上的吹排，加强润滑油吸收，并排除多余油脂避免“油包”；

▲12.12可进行一键注油， 5分钟完成≥12部高速手机和≥6部低速手机同时注油，节省时间；

12.13要求≤20分钟完成预干、注油、养护、干燥等过程。干燥性能强大，风干速度快；

12.14高速手机至少具用标准六孔接口，快捷插头，自锁开关，可坐姿操作将手机与快插接口拧在一起，并插入机座；

12.15要求外形轻巧实用性强，整机采用贝壳式开启设计，占地小巧；

12.16要求具备气管接头2个，纤维布1块，手机养护油1瓶。

**13.硅胶垫20个**

13.1尺寸要求≥210\*150mm、550\*210mm和760\*480mm可选

13.2要求底部多孔设计，消毒时方便排水排气，使用方便

13.3要求可高温高压消毒，减震保护器械，可有效固定器械

13.4要求细腻无毛刺，触感柔软，不伤手

13.5要求适用于各科室器械工具消毒/存放使用

**（三）纯水设备1（1台，限价15.8万元）**

1.总体要求

▲1.1二级反渗透产水量≥2500升/小时（系统须同时可供应一级纯水、二级纯水）

1.2一级反渗透、二级反渗透均可独立运行，可互为备用，确保供水稳定安全；

1.3中标人需在中标公告公示结束后7个工作日内，派专业人员完成场地测量并提交报告。同时，依测量数据和设备需求绘制基建图纸，经有资质设计单位审核盖章后交付。施工期间，中标人技术人员定期现场指导，配合完成预留预埋、设备安装调试。

▲2.产水水质：符合WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求（终末端清洗器械纯化水电导率≤15μs /cm.25℃；蒸汽发生器用水电导率<5μs /cm.25℃）。须提供能证明满足产水水质要求的水质检测报告，检测报告应由具备CMA或CNAS等相关资质的第三方检测机构出具。供应商应确保报告的真实性，并提供相关证明材料（如检测机构资质证书复印件等），报告复印件需加盖投标人公章。

3.水箱采用模拟信号液位传感，每个水箱液位的高低可在触摸屏上任意调整，液位信号可使水箱与设备间连接实现联动，同时保护系统不因缺水导致空转损坏泵浦。

▲4.反渗透系统应配备能有效防止因积水导致细菌滋生，确保纯水水质安全的反渗透膜壳装置。供应商需提供证明该装置满足上述要求的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章。

5.触摸屏人机界面与PLC可编程控制系统，设备运行控制先进可靠，全自动运行，无人值守，满

足系统自动运行的各项要求，功能丰富，操作简便，运行动态工艺流程图显示。

6.数据存储功能：对设备产水电导率、液位、报警等数据自动记录，记录至少保存6个月以上。

7.完备的故障报警保护：具有欠压、超压、缺水、过载等故障报警和保护功能，有故障提示功能便于维修。

8.投标时提供系统工艺流程图，机房设备摆放安装平面图并加盖投标人公章。

▲9.反渗透水质处理器装置须具有有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件证书复印件并加盖投标人公章；提供已获得检验检测机构资质认可（CMA资质）或中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS资质）的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章。

▲10.设备制造厂家具备在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，提供认证证书复印件并加盖公章及国家认监委网站截图。

▲11.设备制造厂家具备在有效期内的测量管理体系认证（认证范围含：水处理设备的生产所涉及的测量管理活动），须提供GB/T19022-2003/ISO 10012:2003认证证书复印件并加盖制造商公章及相关证明网站截图。

12.反渗透水处理设备需通过CE认证，提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章。

13.配置要求：

▲13.1 原水泵1台：功率≤1.5KW，流量≥8T，扬程≥36米；过流材质达到或优于SUS304不锈钢。附件4-20mA压力传感器，≥60L膨胀罐。

▲13.2 砂滤1套：滤罐直径≥21英寸；材质达到或优于PE内胆+玻璃钢缠绕；滤料达到或优于石英砂等；控制阀全液晶显示，进出水口≥1.2寸。

▲13.3 碳滤1套：罐体直径≥21英寸；材质达到或优于PE内胆+玻璃钢缠绕；滤料达到或优于椰壳活性炭，碘值≥1000；控制阀全液晶显示，进出水口≥1.2寸。

▲13.4 软水器1套：罐体直径≥21英寸；材质达到或优于PE内胆+玻璃钢缠绕；滤料达到或优于钠型阳离子交换树脂；控制阀全液晶显示，进出水口≥1.2寸；盐桶：≥300L，配备≥1600盐阀。

13.5 保安过滤器1套：滤器材质达到或优于卫生级304不锈钢；规格≥20"×7芯；滤芯≤5μm。

▲13.6 平衡罐1套：达到或优于304不锈钢材质，表面拉丝。规格≥400\*1400mm，有效容积≥120升；至少配备4-20mA液位传感器。

13.7 二级反渗透装置1套：二级反渗透产水量≥2500L/H（具有一级水、二级水单独使用功能）；≥8寸膜壳、≥8寸膜元件、不锈钢管阀配件及配套仪表；一体式机架，全不锈钢材质；单根反渗透膜稳定脱盐率>99%。

13.8 触摸屏PLC控制系统1套：≥7寸触摸屏+PLC可编程控制器系统；碳钢烤漆电柜≥1400\*600\*300mm；含交流接触器、断路器、继电器元件、保险丝、相序保护器、电导率仪表、接线端排、电线电缆等；电导率模块至少具有485通讯功能，触屏上显示电导率（原水、一级纯水、二级纯水等）。

▲13.9 纯水箱2套：材质达到或优于食品级PE，壁厚≥5.9mm；容积≥1000L；附件至少配备4-20mA液位传感器

13.10 纯水输送泵4台：一级、二级纯水泵均为一用一备；具有供水稳压控制；泵规格流量≥4m³/h，扬程≥39米；泵过流材质达到或优于304不锈钢。

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>	

采购包2（新生儿保暖设备一批）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后1个月内交货。
标的提供的地点	运输及卸车至广州医科大学附属第三医院或指定地点
付款方式	<p>第1期为(全款)：支付比例100%，1.中标人将合同设备全部运送到指定地点交付并完成安装及验收后，凭：（1）中标人开具的正式发票；（2）进关审批单、商检证明复印件(按国家相关规定提供)；（3）安装验收报告；（4）操作规程（使用科室、医疗设备科各存一份）；（5）维护保养细则（使用科室、医疗设备科各存一份）；（6）提供有效期内的由计量部门出具的检定（校准）报告（计量设备要求提供）；2.由采购人在六个月内将合同全额货款付给中标人。。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期：1、所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，数量、质量及性能均要与中标人投标响应文件的一致。2、合同设备到货后安装完成且根据科室需要开展使用前培训并正常使用后7个工作日内验收，验收应在采购人、中标人双方共同参加下进行。3、验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。4、如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。5、中标人保证合同项下提供的设备以及设备所使用的所有软件等不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。6、对大型医疗专业设备，根据国家相关法律法规要求，禁止中标人或厂家私自上传除设备运维数据以外的所有数据，厂家仅能通过设备运维数据实现设备使用情况的监测，不可获取患者相关医疗数据。否则，中标人承担所有的法律责任并承担因此而发生的所有费用。</p>
履约保证金	不收取
	<p>其他商务要求，一、其他说明1、以医疗设备技术要求序号最细的（如1.1与1.1.1之间，1.1.1为最细序号）作为一项参数，以计算技术参数响应数量。2、投标人必须对所投医疗设备是否需要专用一次性耗材以及耗材的参数、报价作出声明及承诺。格式详见公告。3、若招标文件中产品名称与投标人实际所能提供的厂家产品名称存在差异，投标人在投标时需标注出两个产品名称，例如A为招标文件产品名称，B为实际厂家产品名称，则投标时产品名称为“A(B)”。二、其他商务要求：（一）设备的包装设备的包装均应有良好的防湿、</p>

其他

防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。（二）设备的安装 1.中标人负责设备的安装，一切费用由中标人负责。 2.中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。（三）质量保证及售后服务 1.中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、完善使用说明书、合格证、操作手册等。★2.合同设备质保保用期为本项目采购人验收合格签字之日起，质保期全保≥3年，质保期内中标人应提供一切维修服务和更换零配件，设备原产配件≥10年供货期，开机率≥95%。质保保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，按照三包原则，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后按采购人要求派员到现场维修。接受7×24小时电话咨询和在线指导维护维修服务，接到故障通知后，响应时间≤2小时，到场维修时间≤24小时。（售后服务由中标人及厂家负责） 3.因设备的质量问题而发生争议，由采购人与中标人进行协商，选择广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，双方协商不一致的，优先选择广东省质检部门进行鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。 4.培训要求： 1）设备到货后根据科室需要开展使用前培训，在接到使用科室开展培训工作的通知后，≤4小时回复，≤10天完成一次培训。培训人员为厂家专业工程师，培训次数根据使用科室需要开展≥1次；设备操作涉及资质要求的，中标人须协助完成相关资质培训和申请；培训内容至少包括使用操作、故障预防、清洁保养、日常维护维修、紧急情况处理、理论和安全等内容。 2）接受培训人员包括科室使用人员、医疗设备维修工程师等，接受培训人数≥3人。培训标准以科室相关人员掌握设备性能及熟练安全操作为准。 3）设备涉及手术使用的，公司工程师提供手术跟台，现场指导设备操作、灭菌、维护。跟台指导次数根据术科要求开展≥1次。 4）质保期内，根据科室需求开展专项培训次数≥3次，包括≥1次线下培训、每年应培训≥1次或按采购人要求。 5）上述培训服务所产生费用均包含在本次报价中。 5.中标人须成立专业售后服务团队，团队成员包含负责人、咨询、维修工程师等人员，团队成员人数不少于3人，质保期内每年≥4次对设备进行维护、保养、功能检测，保证运行状态稳定。 6.负责产品与医院网络的连接。 7.提供≥5年的技术咨询及所有软件升级。 8.质保期内上述售后服务及配件所产生费用均包含在本次报价中。（四）技术服务 1.中标人应派员到采购人指定地点配合工作。 2.中标人按采购人提供的合同执行进度计划，再配合采购人及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。（五）报价要求 1.投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及分项报价表进行明细报价。 2.投标总价是设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训及验收合格之前及质保保用期间包括备品备件发生的所有含税费用等一切费用。合同执行期间合同总金额不变。★三、若采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购产品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内

网页及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址<http://www.ccgp.gov.cn>；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日）。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1		病房护理及医院设备	新生儿保暖设备一批	批	1.00	574,000.00	574,000.00	工业	详见附件一

附表一：新生儿保暖设备一批

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>★一、所投产品具有有效的医疗器械注册证明（适用于二类或三类医疗器械）/备案证明（适用于一类医疗器械）</p> <p>★二、如投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，投标时具有监督管理部门签发的医疗器械经营备案凭证复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的医疗器械经营备案凭证复印件。提供备案凭证复印件或承诺函并加盖投标人公章，不提供视为不响应。</p> <p>三、技术参数</p> <p>（一）婴儿（新生儿）保暖设备（10台，限价35万元）</p> <p>1.用于早产儿或病弱儿的培养成长，新生儿高胆红素血症的光照治疗。</p> <p>2.培养箱由主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜，黄疸治疗装置，称重装置等。</p> <p>3.温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制</p> <p>▲4.≥7寸LCD彩色触摸屏，大字符，方便操作和观察</p> <p>5.核心温控算法升级，PID算法有效降低箱内的温度波动，使床面温度更均匀</p> <p>▲6.蓝光治疗功能（支持上下双光源配置），有效增强光疗强度，缩短治疗时间</p> <p>7.上光疗：全触摸可视化操作，有倒计时、顺计时两种工作模式，蓝光亮度五挡位可调</p> <p>8.下光疗：嵌入床体机构，让清洁维护更便捷，LED光源</p> <p>9.婴儿床倾斜角度无级可调，方便临床护理</p> <p>▲10.两侧具有可扩展支撑结构，便于安装更多临床医疗器械</p> <p>▲11.配置可折叠托盘，方便收起，无需拆卸</p> <p>12.正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开</p> <p>13.独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护</p> <p>▲14.采用变频直流电机，有效降低箱内噪音，提供舒适的治疗环境</p> <p>15.配置硅胶床垫，触感柔软舒适，呵护新生儿皮肤</p> <p>16.婴儿床下可放置X光射线拍片盒，无需移动新生儿</p> <p>▲17.报警项目：断电报警，风机故障，温度传感器故障，偏差报警，超温报警，系统故障</p> <p>18.RS-232接口，支持数据传输</p> <p>19.具有数据储存功能</p>

20.具有湿度显示功能
21.环境温度：20℃～30℃
22.环境相对湿度：30%～75%
23.周围环境空气流速：<0.3m/s
24.电源要求：AC220V/50Hz
25.输入功率：≥1000VA
26.温控范围（培养箱温度的超调量不应大于1℃）
26.1箱温控制温度范围：20℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）
26.2肤温控制温度范围：32℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）
26.3箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃
26.4具有>37℃温度跨越模式
27.升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤30分钟
28.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
29.温度均匀性：≤0.8℃
▲30.皮肤温度传感器精度：±0.3℃内
31.箱内噪音：≤45dB(A)（稳定状态）
32.重量显示精度：±10g内
▲33.重量显示范围：250g～8000g
34.湿度显示范围：0%RH～100%RH
35.湿度显示精度：±5%RH
36.上黄疸治疗装置
36.1上光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时
36.2上光疗胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm <sup>2</sup>
36.3上光疗总辐照度：≥3.7mW/cm <sup>2</sup>
36.4上光疗胆红素总辐照度最大值：≥3mW/cm <sup>2</sup>
37.下黄疸治疗装置
37.1下光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时
37.2下光疗胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm <sup>2</sup>
37.3下光疗总辐照度：≥0.8mW/cm <sup>2</sup>
37.4下光疗胆红素总辐照度最大值：≥1.3mW/cm <sup>2</sup>
38.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.6
39.计时器的时间显示范围：0～99999.9h
40.输液架最大承载重量：≥2kg
41.可折叠托盘最大承载重量：≥2kg
▲42.培养箱使用期限≥10年，具体以厂家承诺为准
▲43.水箱容量：≥1600ml，可以用“高温高压”消毒
（二）多功能抢救台（5台，限价22.4万元）
1.用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节，以及动脉血氧饱和度(SpO <sub>2</sub> )和脉搏率(PR)的连续无创测量。
2.≥8寸LCD彩色触摸屏
3.温度控制模式：预热模式、手控模式、肤温模式等

- ▲4.报警项目：断电报警、传感器报警、偏差报警、超温报警、设置报警、检查报警、系统报警、血氧报警、SpO<sub>2</sub>上限报警、SpO<sub>2</sub>下限报警、脉搏上限报警、脉搏下限报警系统提示等。
- ▲5 . SpO<sub>2</sub>脉搏血氧监测功能，可进行新生儿危重先天性心脏病（CCHD）早期筛查，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏
- 6.辐射箱水平角度可调，方便临床护理
- 7.婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸
- ▲8.可扩展立柱设计，支持多设备安装，便于安装更多临床医疗器械
- ▲9.可折叠托盘，方便收起，无需拆卸
- ▲10.照明灯亮度可调，减少光亮刺激对新生儿的影响；
- 11.独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护
- 12.APGAR等评分计时功能
- 13.RS-232等接口，支持数据传输
- 14.配置检查灯功能
- 15.输入功率：≥600VA
- 16.温控范围
- 16.1肤温模式下控制温度范围：32℃～37.5℃
- 16.2肤温模式的温度显示范围：18℃～50℃
- 16.3皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤ 0.5℃
- 17.床面温度均匀性：≤ 2℃
- ▲18.皮肤温度传感器精度：±0.3℃内
- 19.脉搏血氧性能指标
- 19.1 SpO<sub>2</sub>显示范围：1%～100%
- 19.2 SpO<sub>2</sub>显示分辨率：≤1%
- 19.3 SpO<sub>2</sub>测量精度：在 70%～100%内，无体动状态下：≤±3%
- 19.4 SpO<sub>2</sub>报警上限设置范围：50%～100%
- 19.5 SpO<sub>2</sub>报警下限设置范围：45%～95%
- 19.6 PR显示范围：25bpm～240bpm
- 19.7 PR显示分辨率≤：1bpm
- 19.8 PR测量精度：在30bpm～240bpm内，无体动状态下：≤±3 bpm
- 19.9 PR报警上限设置范围：80bpm～240bpm
- 19.10 PR报警下限设置范围：35bpm～180bpm
- 19.11 PI显示范围：0.02%～20.00%
- 19.12 PI显示分辨率：≤0.01%
- 19.13灵敏度设置：Normal、APOD、Max等
- 19.14 FastSAT: 关闭、启用
- 19.15平均化时间：2s～4s、4s～6s、8s、10s、12s、14s、16s等
20. APGAR 评分：运行到 50 秒～1 分钟、4 分 50 秒～5 分钟、9 分 50 秒～10 分钟时发出声光提示
- 21.输液架最大承载重量：≥2kg
- 22.托盘最大承载重量：≥2kg
- 23.保暖台使用期限≥10年，具体以厂家承诺为准

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	



### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东信诚招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州医科大学附属第三医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

## 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户账号： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>支票提交方式： 无</p> <p>汇票、本票提交方式： 无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p>
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>

14	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准：本项目由中标（成交）供应商代支付采购代理服务费，此费用包含在其投标总报价中。采购代理服务费的收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中“货物类”规定的计算方法和计费标准，以中标（成交）金额为计费基数，按差额定率累进法计算，下浮22%收取。（供应商的报价应包含代理服务费，但不单列）
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	其他，1.有融资要求的中标供应商可根据自身情况，申请政府采购合同融资。详见政府采购合同融资相关政策：①《广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行 关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）、②《广州市财政局 中国人民银行广州分行营业部关于开展广州市政府采购合同线上融资业务的通知》（穗财采〔2020〕9号）、③《广州市财政局关于进一步做好已融资政府采购合同支付工作的通知》（穗财采〔2020〕65号）等。2.招标文件附件：投标人应将招标公告中“相关附件”（如有）内容填写好相关信息后附在投标文件中。3.投标文件内证明材料：投标人所提供的证明材料复印件或扫描件须清晰可辨，明确反映相关响应的信息，否则可能导致其投标无效或被拒绝。
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施

加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

### 4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后

重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

## 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1.开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间

内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

#### 3.4 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购



人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：何工

电话：020-83224833

传真：/

邮箱：zbeb@gdxczb.cn

地址：广州市越秀区德政北路538号达信大厦17楼1708

邮编：510000

## 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：/

## 八、合同签订和履行

### 1. 合同签订

**1.1**采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过**30**天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

**1.2**采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

**1.3**合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

## **2.合同的履行**

**2.1**政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

**2.2**政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**2.3**有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(消毒供应室污区附件及设备一批): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(新生儿保暖设备一批): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东信诚招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东信诚招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价**20%**以上的，只推荐**1**名中标候选人。（下浮率报价为:设  $M = (1 - \text{下浮率})$ ，第二中标候选人的  $M$  值高于第一中标候选人  $M$  值 **20%**以上的，只推荐 **1**名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包**1**（消毒供应室污区附件及设备一批）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予3%的价格扣除。（节能产品与环境标志产品不累计扣除）

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

采购包2（新生儿保暖设备一批）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予3%的价格扣除。（节能产品与环境标志产品不累计扣除）

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（消毒供应室污区附件及设备一批）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《投标函》
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标函》
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《投标函》
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）6）法律、行政法规规定的其他条件：须提供书面声明，格式自定。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包 投标（响应）。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标（响应）。提供《投标函》。
8	供应商应当具备的其他资格条件	投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
9	本项目特定的资格要求	本采购包不接受联合体投标。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求：	无。本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包2（新生儿保暖设备一批）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《投标函》
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《投标函》
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《投标函》
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）6）法律、行政法规规定的其他条件：须提供书面声明，格式自定。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包 投标（响应）。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标（响应）。提供《投标函》。
8	供应商应当具备的其他资格条件	投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
9	本项目特定的资格要求	本采购包不接受联合体投标。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求：	无。本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

表二符合性审查表：

采购包1（消毒供应室污区附件及设备一批）：



序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书（如适用）	已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期。
3	投标文件内容、签字、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、盖章。
4	“★”号条款	“★”号条款满足招标文件要求。
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	投标报价	1.投标报价（含单项限价）符合招标文件对报价的要求。 2.如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。
8	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
9	串通投标	未出现招标文件所列的视为串通投标的情形。
10	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

采购包2（新生儿保暖设备一批）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书（如适用）	已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期。
3	投标文件内容、签字、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、盖章。
4	“★”号条款	“★”号条款满足招标文件要求。
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	投标报价	1.投标报价（含单项限价）符合招标文件对报价的要求。 2.如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。
8	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
9	串通投标	未出现招标文件所列的视为串通投标的情形。
10	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(消毒供应室污区附件及设备一批):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分	
技术部分	设备技术参数响应程度、性能符合性 (20.0分)	根据投标人所投产品对“技术要求”的响应情况进行评审：1.对44项带“▲”的技术要求进行逐一响应，本小项共20分，投标人本小项得分=投标人响应三角项数/三角条款项数×20分。【备注：如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则投标人须提供投标产品的产品彩页或白皮书或产品使用说明书（如为英文版，请同时提供中文版加盖投标人公章）或第三方检测机构出具的检测报告复印件或盖有厂家公章的技术参数（中文版）确认函作为技术证明文件。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。】
	设备技术参数响应程度、性能符合性 (10.0分)	根据投标人所投产品对“技术要求”的响应情况进行评审：2.对非带“▲”的技术要求进行逐一响应，本小项共10分：（1）全部满足或优于，得10分；（2）负偏离总数≤10项的，每出现一项负偏离，扣1分；（3）负偏离总数≥10项的，得0分。【备注：采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供根据投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应情况进行评审，未按要求提供证明材料或未响应视为负偏离。凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号】
	产品保障情况 (3.0分)	为了保证产品具有追溯性且保证质量，若投标人为所投产品生产企业的，需提供说明函（并加盖投标人公章）证明所投产品为投标人自行生产；若投标人为代理商、经销商投标的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明。本项最高得3分。未提供或专家无法认定的不得分。
	技术说明 (7.0分)	投标人结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、具有可操作性的技术说明。1.技术说明科学合理，配置科学合理，质量安全可靠，关键部件匹配性强，得7分；2.技术说明有一定的科学性，配置较科学合理，质量较安全可靠，关键部件匹配性弱，得4分；3.技术说明对本项目要求的响应有较多偏差或缺漏，技术说明合理性、可操作性有一定的欠缺，得2分；4.技术说明对本项目要求的响应有重大偏差或缺漏，或技术方案没有合理性、可操作性，得1分；5.无提供不得分。【需提供技术说明及所投产品制造商/生产厂家执行的货物制造、检验和验收标准或第三方证明文件】

	项目实施方案 (7.0分)	根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于安装调试方案、验收方案、质量保证措施、供货计划）进行评审： 1.涵盖上述所有内容且实施方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得7分； 2.涵盖上述所有内容且实施方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得4分； 3.涵盖上述所有内容且实施方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得1分； 4.未提供对应方案的不得分。
	技术培训方案 (8.0分)	根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训目标、培训对象、培训方法、培训内容）是否合理，与项目实施的配合程度进行评： 1.涵盖上述所有内容且技术培训方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得8分； 2.涵盖上述所有内容且技术培训方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得4分； 3.涵盖上述所有内容且技术培训方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得2分； 4.未提供对应方案的不得分。
商务部分	一般商务条款的响应情况 (2.0分)	投标人对一般商务要求进行逐一响应，本小项共2分：（1）全部满足或优于，得2分；（2）负偏离总数≤4项的，每出现一项负偏离，扣0.5分；（3）负偏离总数≥4项的，得0分。
	投标人的业绩情况(以合同为准) (2.0分)	投标人所提供的项目业绩应同时满足以下条件： 1.以投标人名称（即合同乙方）签订； 2.合同标的与本项目采购标的属于同一类别； 3.签订时间为2018年1月1日至今（提供合同复印件并加盖投标人公章，并显示上述内容，每提供一份得1分，满分2分，未提供则不得分）。
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（包括但不限于日常维护、巡检、保养方案）及服务便利程度进行评价： 1.涵盖上述所有内容且售后服务方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得6分； 2.涵盖上述所有内容且售后服务方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得3分； 3.涵盖上述所有内容且售后服务方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得1分； 4.未提供对应方案的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

采购包2(新生儿保暖设备一批):

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分 <b>10.0分</b> 技术部分 <b>55.0分</b> 综合信用分 <b>5.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	设备技术参数响应程度、性能符合性 (20.0分)	根据投标人所投产品对“技术要求”的响应情况进行评审： <b>1.对16项带“▲”的技术要求进行逐一响应，本小项共20分，投标人本小项得分=投标人响应三角项数/三角条款项数×20分。【备注：如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则投标人须提供投标产品的产品彩页或白皮书或产品使用说明书（如为英文版，请同时提供中文版加盖投标人公章）或第三方检测机构出具的检测报告复印件或盖有厂家公章的技术参数（中文版）确认函作为技术证明文件。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。】</b>
	设备技术参数响应程度、性能符合性 (10.0分)	根据投标人所投产品对“技术要求”的响应情况进行评审： <b>2.对非带“▲”的技术要求进行逐一响应，本小项共10分：（1）全部满足或优于，得10分；（2）负偏离总数≤10项的，每出现一项负偏离，扣1分；（3）负偏离总数≥10项的，得0分。【备注：采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供根据投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应情况进行评审，未按要求提供证明材料或未响应视为负偏离。凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号】</b>
	产品保障情况 (3.0分)	为了保证产品具有追溯性且保证质量，若投标人为所投产品生产企业的，需提供说明函（并加盖投标人公章）证明所投产品为投标人自行生产；若投标人为代理商、经销商投标的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明。本项最高得3分。未提供或专家无法认定的不得分。
	技术说明 (7.0分)	投标人结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、具有可操作性的技术说明。 <b>1.技术说明科学合理，配置科学合理，质量安全可靠，关键部件匹配性强，得7分； 2. 技术说明有一定的科学性，配置较科学合理，质量较安全可靠，关键部件匹配性弱，得4分； 3.技术说明对本项目要求的响应有较多偏差或缺漏，技术说明合理性、可操作性有一定的欠缺，得2分； 4.技术说明对本项目要求的响应有重大偏差或缺漏，或技术方案没有合理性、可操作性，得1分； 5.无提供不得分。【需提供技术说明及所投产品制造商/生产厂家执行的货物制造、检验和验收标准或第三方证明文件】</b>

	项目实施方案 (7.0分)	根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于安装调试方案、验收方案、质量保证措施、供货计划）进行评审： 1.涵盖上述所有内容且实施方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得7分； 2.涵盖上述所有内容且实施方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得4分； 3.涵盖上述所有内容且实施方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得1分； 4.未提供对应方案的不得分。
	技术培训方案 (8.0分)	根据投标人提供的技术培训方案（包括但不限于培训目标、培训对象、培训方法、培训内容）是否合理，与项目实施的配合程度进行评： 1.涵盖上述所有内容且技术培训方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得8分； 2.涵盖上述所有内容且技术培训方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得4分； 3.涵盖上述所有内容且技术培训方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得2分； 4.未提供对应方案的不得分。
商务部分	一般商务条款的响应情况 (2.0分)	投标人对一般商务要求进行逐一响应，本小项共2分：（1）全部满足或优于，得2分；（2）负偏离总数≤4项的，每出现一项负偏离，扣0.5分；（3）负偏离总数≥4项的，得0分。
	投标人的业绩情况(以合同为准) (2.0分)	投标人所提供的项目业绩应同时满足以下条件： 1.以投标人名称（即合同乙方）签订； 2.合同标的与本项目采购标的属于同一类别； 3.签订时间为2018年1月1日至今（提供合同复印件并加盖投标人公章，并显示上述内容，每提供一份得1分，满分2分，未提供则不得分）。
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（包括但不限于日常维护、巡检、保养方案）及服务便利程度进行评价： 1.涵盖上述所有内容且售后服务方案详细完整，清晰全面，严谨规范的，优于采购需求的，得6分； 2.涵盖上述所有内容且售后服务方案完整但不具体，清晰但不全面，规范但不严谨的，满足采购需求的，得3分； 3.涵盖上述所有内容且售后服务方案不完整，不清晰、不严谨的，不满足采购需求的，得1分； 4.未提供对应方案的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

#### 4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### **采购包2:**

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

### **5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

### **6.其他无效投标的情形:**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

### 采购合同

甲方：广州医科大学附属第三医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及广东信诚招标代理有限公司招标编号为（采购项目完整编号）的（采购项目完整项目名称）的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购以下设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

#### 1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

品名	规格型号	产地品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
----	------	------	----	----	-------	-------

#### 2.合同总价

总价为人民币：（大写） 元整，即RMB¥ 元，该合同总金额是设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训及验收合格之前及质保保用期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

#### 3. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件（配置清单、售后服务承诺书、应用培训计划）及因本项目所形成的会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

#### 4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

#### 5.合同设备包装、交货、安装及验收

##### 5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

##### 5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同签订后 个月内。

5.2.2 乙方交货地点：运输及卸车至广州医科大学附属第三医院或指定地点

##### 5.3 合同设备的安装

5.3.1 乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

##### 5.4 设备的验收

5.4.1 所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，数量、质量及性能均要与乙方投标响应文件的一致。

5.4.2 合同设备安装完成并正常使用后 7 个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.3 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.4 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备以及设备所使用的所有软件等不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.6 对大型医疗专业设备，根据国家相关法律法规要求，禁止乙方或厂家私自上传除设备运维数据以外的所有数据，厂家仅能通过设备运维数据实现设备使用情况的监测，不可获取患者相关医疗数据。否则，乙方承担所有的法律责任并承担因此而发生的所有费用。

## 6. 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等。

6.2 合同设备质保保用期为本项目甲方验收签字之日起\_\_年，开机率 $\geq$ \_%，维修若需要更换配件，所提供配件为原产配件提供生产厂家售后服务承诺书，零配件供应\_\_年。质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后按甲方要求派员到现场维修，响应时间 $\leq$ \_\_\_\_小时，到场维修时间 $\leq$ \_\_小时。（售后服务由乙方及厂家负责）

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方无偿对甲方使用人员进行操作示范并至甲方熟练为止，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，示范地点在设备安装现场或按甲方安排。

6.5 质保保用期内，乙方提供每年\_\_次的设备巡检巡查服务，指导和配合甲方开展设备质量管理工作。

## 7. 付款办法

每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1 乙方将合同设备全部运送到指定地点交付并完成安装及验收后，凭：

- （1）乙方开具的正式发票；
- （2）进关审批单、商检证明复印件(按国家相关规定提供)；
- （3）安装验收报告；
- （4）操作规程（使用科室、医疗设备科各存一份）；
- （5）维护保养细则（使用科室、医疗设备科各存一份）；
- （6）提供有效期内的由计量部门出具的检定（校准）报告（计量设备要求提供）；

7.2 由甲方在\_\_六\_\_个月内将合同全额货款付给乙方，即RMB¥\_\_元。

## 8. 技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

## 9. 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 10. 索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- （1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将全额货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- （2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
- （3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用



和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

**10.3** 如果在甲方发出索赔通知后**30**天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### **11.违约与处罚**

**11.1**甲方逾期付款的，按逾期付款部分计算，按照每日**3‰**的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，该违约金总额不超过逾期付款部分总价的**5%**。

**11.2**乙方未能按时交货，每拖延**1**天，须向甲方支付合同金额的**3‰**的违约金，该违约金总额不超过合同总价的**10%**。

**11.3** 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的**5%**的违约金。

**11.4** 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的**5%**的违约金。

### **12 合同终止**

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在**30**天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。乙方退回甲方已付款项。

### **13.法律诉讼**

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同履行地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

### **14.通知与送达**

**14.1** 双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

### **15.其他**

**15.1**本合同共**3**份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执**1**份，招标代理公司**1**份，合同自签字及盖章之日起即时生效。

**15.2**本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广州医科大学附属第三医院                      乙方：

法人代表：    法人代表：

或签约代表：    或签约代表：

地址：广州市荔湾区多宝路**63**号                      地址：

电话：**020-81292669**    电话：

传真：**020-81292669**    传真：

签约日期：**20** 年 月 日    签约日期：**20** 年 月 日

签约地点：广州市    开户银行：

账    号：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440101-2025-03880**

采购项目编号：**3587-2512GZG10303**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、承诺函
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件
- 二十三、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

## 投标函

致：广东信诚招标代理有限公司

你方组织的“广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目”项目的招标[采购项目编号为：3587-2512GZG10303]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；  
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东信诚招标代理咨询有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目”项目采购[采购项目编号为3587-2512GZG10303]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式八：

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

提供以下相关证照的扫描件之一：**1.**企业法人提供企业法人营业执照；**2.**事业法人提供事业法人登记证；**3.**其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；**4.**自然人提供居民身份证等；

格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州医科大学附属第三医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

#### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

##### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

##### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东信诚招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州医科大学附属第三医院消毒供应室污区附件及设备一批、新生儿保暖设备一批采购项目招标中获中标（采购项目编号：3587-2512GZG10303），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东信诚招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： \_\_\_\_\_  
投标人法定地址： \_\_\_\_\_  
投标人授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
承诺日期： \_\_\_\_\_

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



格式二十三：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
  - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
  - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)  
联系地址：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 采购合同履约保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

### 五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日